

RAPPORT INDIVIDUEL DE COMPARAISON INTERLABORATOIRES



83A - VIROLOGIE DES ALIMENTS : FRUITS ROUGES

Ce rapport ne peut pas être dissocié du rapport général dont il est issu

Adhérent :	14034	Essai :	NOVEMBRE 2024 / 2024
Code édition :	F2871	Matrice :	- Fraise 01 - Fraise 02 - Fraise 03 Fraise 04
Laboratoire :	LAB2A SARL	Rapport n° :	219
Adresse :	Rue Michmich	Campagne :	2024 - 2025
Ville :	Rabat	N° d'essai :	8
Pays :	Maroc		

SOMMAIRE

RÉSULTATS DE VOTRE LABORATOIRE	3
SYNTHESE GLOBALE DE L'APTITUDE DE VOTRE LABORATOIRE	3
RESULTATS DE VOTRE LABORATOIRE	3
Fraise 01 - Echantillon 0183	5
PERFORMANCE PAR CRITERE	5
Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ? -	6
Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ? -	7
Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ? -	8
Fraise 02 - Echantillon 0283	9
PERFORMANCE PAR CRITERE	9
Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ? -	10
Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ? -	11
Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ? -	12
Fraise 03 - Echantillon 0383	13
PERFORMANCE PAR CRITERE	13
Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ? -	14
Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ? -	15
Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ? -	16
Fraise 04 - Echantillon 0483	17
PERFORMANCE PAR CRITERE	17
Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ? -	18
Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ? -	19
Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ? -	20
LEGENDE DES TABLEAUX	21
ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA	23

RÉSULTATS DE VOTRE LABORATOIRE

SYNTHESE GLOBALE DE L'APTITUDE DE VOTRE LABORATOIRE

Jugement	Nombre de critères analytiques
Satisfaisant	12
A surveiller	0
Insatisfaisant	0
Non évalué	3

RESULTATS DE VOTRE LABORATOIRE

Critère analytique	Unité	Valeur assignée	Ecart-type pour l'évaluation de d'aptitude	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
8-0183 - Fraise 01						
Rendement d'extraction	%			1		
Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant
Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant
Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant
8-0283 - Fraise 02						
Rendement d'extraction	%			1		Non évalué
Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant
Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant
Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant
8-0383 - Fraise 03						
Rendement d'extraction	%			1		Non évalué
Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ?		0		0		Satisfaisant
Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ?		0		0		Satisfaisant
Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ?		0		0		Satisfaisant
8-0483 - Fraise 04						
Rendement d'extraction	%			1		Non évalué

RAPPORT INDIVIDUEL

Critère analytique	Unité	Valeur assignée	Ecart-type pour l'évaluation de d'aptitude	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant
Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant
Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant

Fraise 01 - Echantillon 0183


PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ? -

Resultats par méthode : Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ?

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
		1		Satisfaisant

Histogramme : Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ?




PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ? -

Resultats par méthode : Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ?

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
		1		Satisfaisant

Histogramme : Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ?




PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ? -

Resultats par méthode : Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ?

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
		1		Satisfaisant

Histogramme : Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ?



Fraise 02 - Echantillon 0283


PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ? -

Resultats par méthode : Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ?

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
		1		Satisfaisant

Histogramme : Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ?




PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ? -

Resultats par méthode : Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ?

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
		1		Satisfaisant

Histogramme : Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ?




PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ? -

Resultats par méthode : Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ?

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
		1		Satisfaisant

Histogramme : Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ?



Fraise 03 - Echantillon 0383


PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ? -

Resultats par méthode : Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ?

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
		0		Satisfaisant

Histogramme : Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ?




PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ? -

Resultats par méthode : Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ?

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
		0		Satisfaisant

Histogramme : Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ?




PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ? -

Resultats par méthode : Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ?

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
		0		Satisfaisant

Histogramme : Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ?



Fraise 04 - Echantillon 0483


PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ? -

Resultats par méthode : Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ?

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
		1		Satisfaisant

Histogramme : Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ?




PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ? -

Resultats par méthode : Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ?

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
		1		Satisfaisant

Histogramme : Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ?




PERFORMANCES PAR CRITERE ANALYTIQUE

Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ? -

Resultats par méthode : Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ?

Méthode	Unité	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
		1		Satisfaisant

Histogramme : Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ?



LEGENDE DES TABLEAUX

SYNTHESE GLOBALE de l'APTITUDE de votre LABORATOIRE

Le code édition est celui de la campagne en cours et est consultable sur le site internet du Bipea, Rubrique « espace adhérent ».

x Résultat

Résultat de mesurage ou d'essai.

z z-score

Expression du résultat du laboratoire sous forme de chiffre sans unité, calculé à partir de la valeur assignée et de la moitié de la valeur de tolérance.

Satisfaisant : Résultat juste

Résultat compris dans l'intervalle de tolérance et dont le z-score est inférieur ou égal à 2,0 en valeur absolue. Cette qualification correspond à une performance acceptable lors de l'évaluation de l'aptitude, au regard des choix de la Commission technique.

A surveiller : Résultat non juste

Résultat hors de l'intervalle de tolérance et dont le z-score est supérieur à 2,0 et inférieur à 3,0 en valeur absolue. Cette qualification correspond à un signal d'avertissement lors de l'évaluation de l'aptitude, au regard des choix de la Commission Technique.

Insatisfaisant : Résultat non juste

Résultat hors de l'intervalle de tolérance et dont le z-score est supérieur ou égal à 3,0 en valeur absolue. Cette qualification correspond à un signal d'action lors de l'évaluation de l'aptitude, au regard des choix de la Commission Technique.

Non évalué

Aucune statistique de performance ne peut être déterminée.

13.57 Résultat incohérent

Résultat ne participant pas aux estimations et dont le jugement sur l'aptitude est suspendu. Le résultat est éliminé par les tests de cohérence entre les valeurs. Ce résultat est généralement considéré comme insatisfaisant.

< 13.57 Limite de quantification

Valeur de la limite de quantification du laboratoire. Cette valeur ne peut être intégrée ni dans les estimations des moyennes et écart-types, ni jugée par rapport à l'intervalle de tolérance.

LD LQ Limites de détection et de quantification.

Note : Pour des compléments d'information, voir le RCIL définitif complet original envoyé par le Bipea par courrier électronique. Ce dernier est le seul qui fait foi.

ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA

RAPPORT INDIVIDUEL

83A - VIROLOGIE DES ALIMENTS : FRUITS ROUGES / NOVEMBRE 2024 - 2024 / - Fraise 01
- Fraise 02
- Fraise 03
Fraise 04

ATTESTATION DE PARTICIPATION CIL BIPEA

Je soussignée, Caroline LAURENT, Directeur du BIPEA, certifie que :

L'établissement : **LAB2A SARL**

Adresse : Rue Michmich

Ville : Rabat

Pays : Maroc

Code adhérent : **14034**

A participé à l'essai interlaboratoires :

Circuit : 83A VIROLOGIE DES ALIMENTS : FRUITS ROUGES

Matrice : - Fraise 01

- Fraise 02

- Fraise 03

Fraise 04

Essai : NOVEMBRE 2024 / 2024

Et a obtenu les résultats suivants :

Critère analytique	Unité	Valeur assignée	Ecart-type pour l'évaluation de d'aptitude	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
8-0183 - Fraise 01						
Rendement d'extraction	%			1		
Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant
Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant
Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant
8-0283 - Fraise 02						
Rendement d'extraction	%			1		Non évalué
Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant
Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant
Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant
8-0383 - Fraise 03						
Rendement d'extraction	%			1		Non évalué
Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ?		0		0		Satisfaisant

□

Critère analytique	Unité	Valeur assignée	Ecart-type pour l'évaluation de d'aptitude	Mon résultat	Mon z-score	Conclusion
Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ?		0		0		Satisfaisant
Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ?		0		0		Satisfaisant
8-0483 - Fraise 04						
Rendement d'extraction	%			1		Non évalué
Avez-vous détecté le Norovirus GI dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant
Avez-vous détecté le Norovirus GII dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant
Avez-vous détecté le virus de l'hépatite A dans cet échantillon ?		1		1		Satisfaisant

Fait à Paris, le lundi 16 décembre 2024

Caroline LAURENT

Directeur du BIPEA